

Wodzisław Śląski, dnia 7.02.2012 r.

DZP...../2012

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu do badań polisomnograficznych,  
znak 1/2012/DZP/PN.

### **Pytanie 1**

Zamawiający jest zainteresowany przenośnym aparatem, mocowanym bezpośrednio na pacjencie.

Czy zatem, patrząc z istotnego punktu użyteczności i wygody dla pacjenta, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany aparat miał wagę w granicach 200 g (+/-), która występuje przy tego rodzaju konstrukcjach?

### **Odpowiedź**

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ.

### **Pytanie 2**

Polisomnograficzne aparaty różnych producentów różniąc się swoją konstrukcją, różnią się również ilością możliwych do zarejestrowania kanałów EEG, EOG, EMG i EKG. O ile – zgodnie z najnowszymi wytycznymi American Academy of Sleep Medicine – ważna jest jak największa ilość kanałów EEG, o tyle chodzi o EKG wystarczająca dla tego typu badania jest ilość 2 kanałów.

Zatem, czy Zamawiający dopuści sprzęt, który dysponując znacznie przepaszającą od wymaganej ilością kanałów EEG tj. 6, wyposażony jest jednocześnie w wymagane 2 kanały EKG?

### **Odpowiedź**

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ.

**Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc  
im. A. Pawelca w Wodzisławiu Śl.  
lek. med. Weronika Lach - Witych