

Wodzisław Śląski, dnia 07.12.2012 r.

DZP/...../2012

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego 22//2012/DZP/PN na dostawę odczynników, podłoży i testów bakteriologicznych oraz sprzętu laboratoryjnego.**

1. Pakiet nr 3 – Drobnny sprzęt i szkło laboratoryjne:

a) Czy w poz 1-6 Zamawiający wymaga produktów ze szkła czy też z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga produktów ze szkła.**

b) Czy w poz 13 Zamawiający dopuści kuwety o poj. 0,5-2,0ml?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuści.**

c) Czy w poz 15 Zamawiający dopuści końcówki o poj 5-200ul?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuści.**

d) Czy w poz 18 Zamawiający dopuszcza próbówki o wym. 16x100mm i poj. 10ml?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

e) Czy w poz 22 Zamawiający wymaga wymazówek w próbówce transportowej o średnicy co najmniej 13mm, co zapewnia optymalną ilość podłoża?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga.**

f) Czy w poz 24 Zamawiający dopuszcza szalki o wysokości 14,2mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

g) Czy w poz 28 Zamawiający dopuści uchwyt do ez wykonany z lekkiego aluminium, częściowo pokrytego izolacyjnym i przeciwpoślizgowym tworzywem sztucznym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc  
im. dr A.Pawelca  
w Wodzisławiu Śl.  
Lek. med. Weronika Lach - Witych