

DZP/5337/2012

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup myjni – dezynfektora do mycia basenów i kaczek 24/2012/DZP/PN.

Dot. pkt. 8 – Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie, niewyposażone w dyszę teleskopową – jest to autorskie rozwiązanie firmy Meiko. Proponowany przez nas system 12 dysz składa się z 4 dysz stałych i 8 obrotowych, co gwarantuje parametry mycia nie gorsze niż system wymagany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dysza teleskopowa jest nowatorskim rozwiązaniem usprawniającym skutecznie eliminację patogenów *clostridium difficile*.

Dot. pkt. 15 – Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie o szerokości 545 mm i głębokości 475 mm? Wymiary te w sposób nieznaczny wymagają od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o szer. 545 mm i gł. 475 mm.

Dot. pkt. 16 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym proces suszenia odbywa się na zasadzie konwekcji? Normy PN-EN 15883-1/-3 dopuszczają tego typu rozwiązanie w myjniach przeznaczonych do mycia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego. Jest to również powszechnie stosowane rozwiązanie przez wielu renomowanych producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga suszenia gwarantującego paroszczelność w trakcie całego procesu.

Dot. pkt. 17 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym zużycie wody kształtuje się w sposób następujący:

Cykl szybki - 20 litrów

Cykl normalny – 38,5 litra

Cykl intensywny – 47 litrów

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Znaczne zwiększenie zużycia wody a zatem i opłat za ścieki zwiększyłyby koszty eksploatacji.

Dot. pkt. 18 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym poziom wytwarzanego hałasu wynosi 51dB co nieznacznie odbiega od parametru wymaganego przez

Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do oceny urządzenie w którym poziom wytwarzanego hałasu wynosi 51dB.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc  
im. dr A.Pawelca  
w Wodzisławiu Śl.

Lek. med. Weronika Lach - Witych