

Wodzisław Śląski, 12.12.2013 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu 18/2013/DZP/PN**

Dotyczy: Dostawy produktów farmaceutycznych, znak sprawy 18/2013/DZP/PN

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. informuje, że w związku z dodatkowymi zapytaniami dotyczącymi pasków do glukometrów dopuszczamy złożenie oferty równoważnej na ww. asortyment tj. innych pasków niż wymienione w SIWZ, ale pod warunkiem że wykonawca dostarczy zamawiającemu 6 glukometrów obsługujących oferowane paski. Glukometry muszą posiadać możliwość kalibracji płynami kontrolnymi – zgodnie z zaleceniami producenta.

W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższych zapisów w ofercie.

Z poważaniem
Dyrektor WSCP w Wodzisławiu Śl.
dr n. med. Norbert Prudel