

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
im. dr Alojzego Pawelca
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bracka 13
44-300 Wodzisław Śląski

Do:
**Oferenci biorący udział w postępowaniu
Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku,
materiałów opatrunkowych
nr sprawy 21/2015/DZP/PN**

Dyrekcja WSCP Wodzisław Śląski informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania:

1. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 - Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia kieliszek skalowany do 25ml, o pojemności 30ml wykonany z polipropylenu?

W razie negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty większej ilości wykonawcom, a Zamawiającemu pozyskanie korzystniejszych ofert cenowych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedyicznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź: Za prawidłowy transport produktów odpowiada Sprzedawca, który powinien wykonywać dostawy zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

4. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

5. Dotyczy SIWZ - W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”?

Odpowiedź: Za prawidłowy transport produktów odpowiada Sprzedawca, który powinien wykonywać dostawy zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

7. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający dopuszcza dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w systemie burta-burta, czyli wyładowanie towaru z auta bez wniesienia we wskazane miejsce?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

8. **Pakiet nr 1, poz. 5.1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igieł iniekcyjnych w rozmiarze 0,45x16mm w zamian za rozmiar 0,4x18-19mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. **Pakiet nr 1, poz. 16:** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zaferowania przyrządu do przetaczania płynów z precyzyjnym regulatorem przepływu, umożliwiającym dokładne ustawienie wartości przepływu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania płynów z precyzyjnym regulatorem przepływu, umożliwiającym dokładne ustawienie wartości przepływu.

10. **Pakiet nr 24, poz. 1,2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kaniuli dożylniej bezpiecznej, wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu, z portem do dodatkowych wstrzyknięć, posiadająca dwa szerokie wtopione paski kontrastujące w promieniach Rtg, powierzchniowo odpowiadają 4-5 tradycyjnym paskom RTG. Wyposażona w metalowo plastikowy automatyczny zatrząsk na końcu igły chroniący personel przed zakłuciem, posiadająca samozamykający się port boczny, zastawkę silikonową w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie wkłucia.

W rozmiarach:

1: 0,9x25 przepływ 36 ml/min

2: 1,1x32 przepływ 60 ml/min ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. **Pakiet nr 1, poz. 28:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do nebulizacji z ustnikiem, drenem i łącznikiem T, wykonanym z miękkiego PCW, niesterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie z widoczną datą sterylizacji i ważności, uniwersalny kształt ustnika, z drenem o przekroju gwiazdkowym zapobiegającym załamywaniu i długości ok. 210 cm, pojemność nebulizatora 6 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. **Pakiet nr 2, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kieliszków o pojemności całkowitej 30 ml w opakowaniach po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości na 938 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

13. **Pakiet nr 1, poz. 2:**

Czy nie zaszła pomyłka pisarska i Zamawiający oczekuje zaferowania cewników 1op=1 cewnik ?

Odpowiedź: Tak, zaszła pomyłka pisarska. Zamawiający oczekuje zaferowania cewników 1 op=1 cewnik.

14. **Pakiet nr 1, poz. 26:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zamkniętego systemu bezigłowego, pozwalającego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze, łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Opakowanie folia papier?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. **Pakiet nr 1, poz. 28:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do nebulizacji z ustnikiem, drenem i łącznikiem T, wykonanym z miękkiego PCW, mikrobiologicznie czysty (wyprodukowany i zapakowany w warunkach sterylnych), pakowany pojedynczo, uniwersalny kształt ustnika, z drenem o przekroju gwiazdkowym zapobiegającym załamywaniu i długości ok. 210 cm, pojemność nebulizatora 6 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. **Pakiet 1 poz.4** -Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya silikonowe z zaworem plastikowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

17. **Pakiet 1 poz.5.1** - Czy Zamawiający dopuści igły 0,4x16mm lub 0,4x22mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

18. **Pakiet 1 poz.10** - Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z medycznego PCV o długości min.60mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

19. **Pakiet 1 poz.10, 14-** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrządy posiadały możliwość zabezpieczenie igły biorczej po użyciu?

- Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.
20. **Pakiet 1 poz.10, 14-** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby igła biorcza była wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.
21. **Pakiet 1 poz.14** - Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z medycznego PCV o długości min.60mm?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.
22. **Pakiet 1 poz.20** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem skali o minimum 10%?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.
23. **Pakiet 1 poz.20.3** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą 0,2ml?
- Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
24. **Pakiet 1 poz.20.4** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą 0,5ml?
- Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
25. **Pakiet 1 poz.23** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.
26. **Pakiet 1 poz.24** - Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP wyposażoną w 2 paski RTG, standardowy korek portu bocznego oraz zastawką antyzwrotną?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.
27. **Pakiet 1 poz.25** - Czy Zamawiający dopuści kaniule ze standardowym korkiem portu bocznego?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.
28. **Pakiet 1 poz.25.2** - Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 33ml/min?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.
29. **Pakiet 1 poz.25.3** - Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 62ml/min?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.
30. **Pakiet 1 poz.25.4** - Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 95ml/min?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.
31. **Pakiet 1 poz.25.5-** Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 200ml/min?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.
32. **Pakiet 1 poz.27** - Czy Zamawiający dopuści koreczki i kaniule różnego producenta w pełni kompatybilne ze sobą?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.
33. **Pakiet 4 pozycja 3-5** - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 3-5 z pakietu, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.
34. **Pakiet 5 pozycja 1** - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dyspenzera do kompresów nie będącym wyrobem medycznym na stawce VAT 23%?
- Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
35. **Pakiet 5 pozycja 3,4** - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki podtrzymującej o składzie: 20-30% poliamid, 70-80% elastyn?
- Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
36. **Pakiet 5 pozycja 28** - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie prześcieradeł pakowanych a' 10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?
- Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.
37. **Pakiet 5 pozycja 29** - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przylepców pakowanych w opakowania handlowe a' 12 szt z podaniem ceny za sztukę?
- Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.
38. **Pakiet 5 pozycja 30** - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwety o gramaturze 56g/m² 2-wastkowej z wł. polipropylen. i folii na stronie tylnej?
- Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
39. Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego systemu zamówień publicznych i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równo

traktowanie wykonawców dopuści do postępowania 21/2015/DZP/PN pakiet 1 pozycja 26 termin składania ofert 18.12.2015.

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi. Produkt pakowany jest po 2 szt - oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny. Opakowanie zbiorcze 36 x 2 szt.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 26 z pakietu 1 i utworzy osobny pakiet dla tej pozycji. Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Dyrektor

dr n. med. Norbert Prudel