



**Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca**  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13  
NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690  
tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25  
sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, [www.wscp.wodzislaw.pl](http://www.wscp.wodzislaw.pl)

L.dz..... DZP / 19

Wodzisław Śląski 15.05.2019

**Do: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
na dostawy materiałów eksploatacyjnych  
dla Laboratorium– znak sprawy 6/2019/DZP/PN**

Działając na podst. Art. 38.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się następujących wyjaśnień  
dotyczących postępowania na dostawy materiałów eksploatacyjnych  
dla Laboratorium– znak sprawy 6/2019/DZP/PN

**Pytania przedmiotu zamówienia**

**1. część nr 4 – Testy i krążki do identyfikacji bakterii:**

a) Czy w poz. 1-4 Zamawiający wymaga testów, które wykonuje się z wykorzystaniem zawiesiny o zmętnieniu nie większym niż 1 w skali McFarlanda?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga

b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie tylko dokumentu ISO 13845? ISO 13845 to System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001. Jest to system możliwy do wdrożenia zarówno osobno, jak i łącznie z normą ISO 9001.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

c) Czy Zamawiający wydzieli pozycję 5 do odrębnego pakietu. Produkt opisany w tej pozycji posiada tylko jedną firmę. Ten sam wynik/wartość można uzyskać wykonując badanie przy pomocy odczynnika opisanego w pozycji 17.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem