



Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13  
NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690  
tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25  
sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, [www.wscp.wodzislaw.pl](http://www.wscp.wodzislaw.pl)

L.dz. DZP / 19

Wodzisław Śląski 08.08.2019

**Do: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
W dobrym zdrowiu - dobry Pracownik. Poprawa warunków pracy personelu  
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc  
im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim  
- Zakup wyposażenia - poprawa ergonomii warunków pracy  
nr sprawy 8/2019/DZP/PN**

Działając na podst. Art. 38.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się następujących wyjaśnień dotyczących postępowania „W dobrym zdrowiu - dobry Pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - Zakup wyposażenia - poprawa ergonomii warunków pracy” nr sprawy 8/2019/DZP/PN:

**1. W nawiązaniu do ww. postępowania uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania:**

Pytanie 1. Dot. Zadania nr 6 – Wózek transportowy na leki

Czy Zamawiający zamiast górnej półki wyposażonej w relingi, dopuści blat wykonany z tworzywa sztucznego ABS otoczony z 3 stron bandami jak na poniższych zdjęciach?



Zaproponowany blat jest równie funkcjonalny co półka/blat z relingami, ponieważ również zabezpiecza sprzęt przed przypadkowym zsunięciem się przedmiotów. Prosimy o dopuszczenie ww. rozwiązania.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Dot. Zadania nr 6 – Wózek transportowy na leki



Prosimy o wyjaśnienie co według Zamawiającego oznacza pkt. 13 „Pierwsza szuflada bezpiecznie zamykana” jeśli w pkt. centralny zamek dotyczy wszystkich szuflad? Prosimy o doprecyzowanie informacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga centralnego zamka na wszystkie szuflady.

Pytanie 3. Dot. Zadania nr 6 – Wózek transportowy na leki

Czy Zamawiający dopuści wysokość wózka 1000 mm? Wymiar ten nieznacznie odbiega od oczekiwań Zamawiającego (o 30 mm) a jest równie funkcjonalny i wygodny.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Dot. Zadania nr 6 – Wózek transportowy na leki

Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą wózka 550mm wraz z gumowymi odbojami zabezpieczającymi ściany i wózek przed przypadkowym uszkodzeniem? Parametr ten tylko nieznacznie odbiega od oczekiwań Zamawiającego (o 25mm), a jednocześnie posiadać będzie praktyczne zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Prosimy o dopuszczenie ww. rozwiązania.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Dot. Zadania nr 6 – Wózek transportowy na leki

Prosimy o określenie czy w pkt. 8 „Pojemniki na odpady” Zamawiający miał na myśli 2 kosze z tworzywa sztucznego z pokrywą (poj. ok. 9L) przeznaczone na różne odpady medyczne, czy 2 pojemniki na ostre narzędzia medyczne [np. igły] z mocowaniem do wózka, czy może 1 kosz z tw. sztucznego z pokrywą + 1 pojemnik na ostre narzędzia medyczne np. igły z mocowaniem do wózka? Prosimy o doprecyzowanie tej informacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający miał na myśli kosze z tworzywa sztucznego z pokrywą (poj. ok. 9L) przeznaczone na różne odpady medyczne.

## **Zadanie nr 5**

### **Wózek do transportu pacjenta - 4 szt.**

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta o długości zewnętrznej równej 2080 mm oraz szerokości 750mm? Parametry te różnią się nieznacznie od wymaganych.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta o leżu przeziernym dla promieni RTG wyposażony w prowadnicę na kasetę RTG zlokalizowaną w segmencie pleców ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta, w którym wysokość leża regulowana jest przy pomocy podnośnika hydraulicznego poprzez pedały umiejscowione po jednej stronie dłuższego boku wózka?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.



Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydraulicznym mechanizmem regulacji przechyłu TB w zakresie 0-12 stopni ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta o bezpiecznym obciążeniu roboczym wynoszącym 220 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 6

Czy Zamawiający odstąpi od wyposażenia wózka do transportu pacjenta w uchwyt na podkład jednorazowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od wymogu wyposażenia wózka w uchwyt na podkład jednorazowy.

### **Pakiet nr 3**

Dotyczy (pkt. 4)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o konstrukcji składającej się z kształtowników stalowych o przekroju 20x20 mm, spawanych, lakierowanych proszkowo na kolor biały?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy-(pkt.6)-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską z regulacją ręczną zagłówka za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie od -15 do 45°?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy-( pkt. 8)- Czy Zamawiający w ramach obowiązującego opisu dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o elementach lakierowanych proszkowo do wyboru z 5 kolorów palety RAL? Kolor tapicerki kozetki do wyboru przez Zamawiającego z 17 kolorów do wyboru?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy-( pkt. 8)-W pkt 4 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga stołu rehabilitacyjnego o białym kolorze ramy? Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie kolorystyki ramy kozetki lekarskiej.

**Odpowiedź:** Kolor biały.

### **Pakiet nr 5**

Dotyczy-(pkt. 6)- Czy Zamawiający w ramach obowiązującego opisu dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta o wymiarach zewnętrznych wózka: 2070 x 800 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy-( pkt. 9)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z regulacją pozycji Trendelenburga wynoszącej 18° i anti-Trendelenburga wynoszącej 10° za pomocą sprężyny gazowej z blokadą?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy-( pkt. 12)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, o otwartej konstrukcji podwozia, bez tworzywowej osłony podstawy, wózek wyposażony w metalowy kosz na rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem łatwy w utrzymaniu w czystości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.



Dotyczy- (pkt. 13)- Czy Zamawiający dopuści wózek o bezpiecznym obciążeniu roboczym wynoszącym 170 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy- (pkt. 14)- Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie wózka wyposażonego w chromowane barierki boczne, podnoszone i opuszczane za pomocą mechanizmu zatraskowego realizowanego przy pomocy jednego przycisku?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy-(pkt. 15)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych wyposażony w tuleje montażowe do zamontowania wieszaka kroplówki wbudowane od strony głowy pacjenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy-(pkt.17)- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek nie posiadający w wyposażeniu uchwytu na podkład jednorazowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy-(pkt.18)- Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w szczyty -chromowane, uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone od strony głowy i nóg pacjenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Do Pakietu nr 5 Wózki do transportu chorych 4 szt.**


##### **Do pkt 6**

1. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wózek o szerokości całkowitej z podniesionymi barierkami 790 mm, a opuszczonymi 740 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

##### **Do pkt 9**

2. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wózek, w którym kąt przechyłu anty – Trendelenburga i Trendelenburga wynosi  $\pm 16^{\circ}$  z płynną regulacją za pomocą jednego poręcznego **pedału nożnego**, którym można dokonać obu przechyłów nie odchodząc od pacjenta. Pedał zlokalizowany jest po obu stronach długiej części wózka (strzałka).



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Do pkt 15.**

4. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wózek, w którego narożnikach znajdują się zamiast kółek odbojowych cztery osłony naroży wózka wykonane z obłego tworzywa niepozostawiającego śladów na przedmiotach, dodatkowo zabezpieczającego przed uszkodzeniem samego leża i przedmiotów będących w ścisłym sąsiedztwie wózka?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Do pkt. 14.**

5. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ergonomiczne, lekkie barierki o stalowej, chromowanej konstrukcji składane pod leże, składane za pomocą dźwigni jedną ręką (żółty element aktywujący) z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Do pkt. 16.**

6. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej jakości materac do wózka: grubości 8 cm, zdejmowany, o wymiarach dostosowanych do wymiarów wózka, wykonany z materiału nieprzemakalnego, nie z antybakteryjnym pokrowcem, ale w pełni zmywalnym i nadającym się do łatwej dezynfekcji środkami chemicznymi wyszczególnionymi w instrukcji, bez możliwości wyboru wariantu kolorystycznego, montowany na rzepy w celu zabezpieczenia przed przesuwaniem, oraz z możliwością wymiany pokrowca wierzchniego w przypadku zużycia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Do pkt. 18.**

7. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wózek z rączkami od strony głowy (Uchwytami do przetaczania wózka) stalowymi, pokrytymi na całej długości antypoślizgowym, łatwym do dezynfekcji tworzywem, dającymi ułatwiony dostęp do głowy pacjenta, i które są łatwo składane poniżej poziomu materaca? Takie rozwiązanie jest bardzo istotne podczas intubacji, badań, czy akcji reanimacyjnej i znacznie usprawnia diagnostykę pacjenta.



---

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytania dodatkowe:**

8. Czy biorąc pod uwagę przeznaczenie wózka Zamawiający wymaga wspomaganie właściwości jezdnych wózka poprzez wyposażenie wózka w piąte koło z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża? Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem, utrzymuje stabilnie wózek podczas transportu w osi jezdnej (wózek nie „ucieka na boki” podczas jazdy na wprost), oraz co bardzo istotne nie zostaje wyrzucony poprzez siłę odśrodkową na zakrętach.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

9. Czy Zamawiający przez wzgląd na bezpieczeństwo pacjenta i personelu wymaga barierki bocznych chowanych pod leże i o bezpiecznej konstrukcji dla personelu? Takie barierki znacznie zwiększają bezpieczeństwo i komfort podczas przekładania pacjenta (brak przerw transferowych i zmniejszone ryzyko upadku pacjenta przy przekładaniu), oraz zapewnia personelowi jak najbliższy bezpieczny kontakt z pacjentem, (ułatwione badanie, ułatwiona akcja reanimacyjna). Dodatkowo konstrukcja barierki bocznych wózka została opracowana tak, aby uchwycenie ich w jakimkolwiek miejscu podczas składania nie powodowało ryzyka urazu palców dłoni.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

10. Czy przez wzgląd na przeznaczenie wózka transportowego (Szpital chorób płuc) zamawiający wymaga wózka z ułatwionym dostępem do głowy z rączkami do prowadzenia od strony głowy, które są łatwo składane poniżej poziomu materaca? Takie rozwiązanie jest bardzo istotne podczas intubacji, badań, czy akcji reanimacyjnej i znacznie usprawnia diagnostykę pacjenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zadanie nr 5

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2185 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek z prowadnicą na kasetę RTG o długości 112 cm (długość leż 200 cm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 870 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem o wymiarach 70 x 200 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie 460-800 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści wózek z Trendelburgiem 12° i anty-Trendelenburgiem 12°?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-70°?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w centralną blokadę kół?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści wózek o bezpiecznym obciążeniu 200 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13  
NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690  
tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25  
sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, [www.wscp.wodzislaw.pl](http://www.wscp.wodzislaw.pl)

10. Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami bocznymi metalowymi, lakierowanymi proszkowo składanymi wzdłuż leża?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści wózek z uchwytem do przetaczania metalowym pokrytym chromem, z elementami tworzywowymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający wymaga, aby wózek spełniał standardy norm łóżkowych EN 60601-2-52?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

13. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Witam, dot. wszystkich zadań: nie znalazłem ani w SIWZ ani w umowie zapisu określającego szczegółowe obowiązki Wykonawcy w szczególności czy dostawa ma odbyć się z rozładunkiem, wniesieniem, ustawieniem i zmontowaniem. Wynikało by, że Wykonawca ma za zadanie jedynie zorganizować dostawę pod budynek Zamawiającego. Proszę o weryfikację.

**Odpowiedź:** W zapisach SIWZ są następujące informacje o dostawie: umowa:

#### **§ 5 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Strony podpiszą protokół odbioru („Protokół zdawczo – odbiorczy”) po wykonaniu przez Wykonawcę dostawy i przekazania Wyposażenia do eksploatacji.

#### **SIWZ:**

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego tj.: do Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski

Z poważaniem