

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13  
NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690  
tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25  
sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, [www.wscp.wodzislaw.pl](http://www.wscp.wodzislaw.pl)

L.dz. DZP 182/20

Wodzisław Śląski 13.01.2020

**Do: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

W dobrym zdrowiu - dobry Pracownik.

Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc  
im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

- Zakup wyposażenia - poprawa ergonomii warunków pracy-  
zakup wózków do transportu leków

nr sprawy 2/2020/DZP/PN

Działając na podst. Art. 38.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się następujących wyjaśnień dotyczących ww. postępowania, nr sprawy 2/2020/DZP/PN:

1. Dotyczy: Wózek transportowy na leki – 5 szt.

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego górna półka (blat) posiada wyprofilowane uchwyty do pchania z trzech stron, tworzące krawędzie blatu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego w ręcznie wysuwany blat boczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z szufladami bez samoczynnego domykania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

4) Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach (bez wyposażenia):


- długość 830 mm, - szerokość 650 mm, - wysokość 920 mm (do blatu), całkowita – 980 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

5) Czy Zamawiający wymaga aby w przestrzeń zamykana dwoma drzwiczkami wyposażona była w półkę?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej – opcja z drzwiczkami i opcja z roletą)





2. Dotyczy: Wózek transportowy na leki – 5 szt.

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego górna półka (blat) posiada wyprofilowane uchwyty do pchania z trzech stron, tworzące krawędzie blatu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

- 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego w ręcznie wysuwany blat boczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

- 3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z szufladami bez samoczynnego domykania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

- 4) Czy Zamawiający dopuści wózek, który zamiast dwóch drzwiczek posiada roletę z zamkiem z kluczykiem. Takie zamykanie jest szybkie i wygodne, a roletę można łatwo wyjąć do mycia i dezynfekcji.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

- 5) Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach (bez wyposażenia):

- długość 830 mm, - szerokość 650 mm, - wysokość 1020 mm (do blatu), całkowita – 1080 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

- 6) Czy Zamawiający wymaga aby w przestrzeń zamykana dwoma drzwiczkami wyposażona była w półkę?



(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej – opcja z drzwiczkami i opcja z roletą)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

3. DOTYCZY SWIZ ORAZ PROJEKTU UMOWY

1) Prosimy Zamawiającego o ustalenie terminu realizacji w ten sposób, aby dostawa towaru nastąpiła w terminie do 7 tygodni od dnia podpisania umowy. W zamówieniach publicznych powszechną praktyką jest ustalenie terminu realizacji zamówienia w tygodniach i uzależnianie biegu tego terminu od daty podpisania umowy. Za nieprawidłową uznaje się praktykę sztywnego określania terminu realizacji (tj. np. do dnia 6.03.2020 r.), albowiem bardzo często zdarza się tak, że cała procedura związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia bardzo się przedłuża, a umowa podpisywana jest tuż przed datą realizacji zamówienia ustaloną przez Zamawiającego. W tych warunkach Wykonawca nie jest w stanie w sposób terminowy wywiązać się z ciążącego na nim obowiązku dostawy towaru. Ustalane przez Zamawiającego terminy realizacji zamówienia powinny być realne i umożliwiać Wykonawcy terminowe wywiązanie się ze zobowiązania. Standardowy termin realizacji zamówienia oferowanych wózków przez zagranicznego producenta to 7 tygodni. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/projekcie umowy.





Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13  
NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690  
tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25  
sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, [www.wscp.wodzislaw.pl](http://www.wscp.wodzislaw.pl)

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapisy. Termin realizacji ma nastąpić do 7 tygodni od daty podpisania umowy.

2) Prosimy Zamawiającego o zmianę postanowienia zawartego w § 11 ust. 1 lit. a. projektu umowy w ten sposób, aby kary umowne stanowiły procent ceny brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest naliczanie kar umownych od ceny brutto niezrealizowanej terminowo części zamówienia. Nieprawidłowa jest praktyka naliczania kar umownych od ceny brutto całej umowy, albowiem kary umowne są zryczałtowaną formą odszkodowania i nie powinny stanowić podstawy wzbogacenia się jednego kontrahenta kosztem drugiego. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/załącznikach do SIWZ/projekcie umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Dokonamy odpowiednich zmian w umowie.

4. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści górny blat roboczy posiadający wyprofilowane brzegi na trzech krawędziach zabezpieczające przed ściekaniem rozlanych płynów oraz przed spadaniem drobnych przedmiotów (jak na zdjęciu poniżej)?



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.


5. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dodatkowy, wysuwany na teleskopowych prowadnicach z lewej strony wózka blat boczny?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

6. Czy (w pkt. 8) Zamawiający oczekuje, aby wózek był wyposażony w dwa pojemniki na odpady?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga minimum 2 pojemników.


7. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wózek, który będzie wyposażony w trzy wysuwane szuflady (jak na zdjęciu poniżej), bez szafki z dwoma drzwiczkami?



**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek o długości 720 mm, szerokości 610 mm, wysokości 1080 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13  
NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690  
tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25  
sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, [www.wscp.wodzislaw.pl](http://www.wscp.wodzislaw.pl)

9. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści wózek, w którym wszystkie szuflady są zamykane centralnie na klucz w celu zapewnienia bezpieczeństwa?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

10. Pytanie 1:


Dotyczy pkt. 5- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu leków wyposażony w trwałą, ręcznie, łatwo wysuwalną blat boczny?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

11. Pytanie 2:

Dotyczy pkt. 9, 10 i 13- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu leków wyposażony w cztery wytrzymałe szuflady z samo dociąganiem, zamykane zamkiem centralnym, posiadające podziałki na leki, co jest rozwiązaniem komplementarnym do opisanego przez Zamawiającego ?

Poniżej zdjęcie poglądowe wózka który chcielibyśmy zaproponować w postępowaniu, oraz półki pod defibrylator :



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc  
im. dr. A. Pawelca  
w Wodzisławiu Śl.  
dr h. med. Norbert Prudel